



안 전 인 증 서

Metrix Instrument Co.

8824 Fallbrook Drive, Huston, TX 77064, USA

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Series 10,000 Probe)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
Series 10,000 Probe	17-AV4B0-0223
용량·등급	Ex ia IIC T3/T4 $U_i = 28\text{ V}$, $I_i = 138\text{ mA}$, $L_i = 200\ \mu\text{H}$, $C_i = 1\text{ nF}$ $-40^\circ\text{ C} \leq T_a \leq +177^\circ\text{ C}$ for T3, $-40^\circ\text{ C} \leq T_a \leq +110^\circ\text{ C}$ for T4

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품에 한함.

제조사: Metrix Instrument Co., 8824 Fallbrook Drive, Huston, TX 77064, USA

2017년 04월 24일

한국산업안전보건공단

